

# MASK


TYPE:HW-01



- ◇ノーズワイヤー入りで顔にぴったりフィット
- ◇3段プリーツ加工の立体構造であごまでしっかりガード



表



裏



## 仕様 Specification

型式	HW-01
サイズ	170×92(mm)
カラー	水色
販売単位	50枚/箱
生産国	中国

\*数に限りがございます。  
在庫なくなり次第販売終了となります。  
日々原材料が高騰しています。  
次回納入分は価格が変わることがございます。

- ◇入荷・生産時期により、色・サイズ・形・素材など多少異なる場合がございます。
- ◇本製品は生産過程におきまして生地を織る際の糸の結び目や多少のほつれが生じることがありますが、予めご了承ください。
- ◇透明袋に50枚入りとなります。
- ◇個別包装はされておりません。
- ◇衛生用品のため返品不可となります。

【お支払い】

納品時現金払いもしくはお振込み  
(振込手数料はご負担ください。)

当マスクはFDA(アメリカ食品医薬品局)とCE(EU加盟国の適合基準)認証済み

本製品は感染を防ぐものではありません

## サンエス工業株式会社

Copyright© SAN-S INDUSTRY All rights reserved

# FDA認証



# CEマキング 取得



# 検査報告書

浙江省轻工业品质量检验研究院  
国家纺织服装产品质量监督检验中心(浙江)  
**检验报告**

国纺委字第 Y1202004378 号 第 1 页 共 3 页

委托单位名称 Name of Customer	地址 Address	山东省烟台市
生产单位 Manufacturer	地址 Address	山东省烟台市
样品名称 Name of sample: 一次性使用防护口罩 样品特性 Characteristics: 蓝色 商标 Trademark: — 规格/型号 Specification/model: — 等级 Level: — 安全类别 Category of safety specification: — 样品数量/货号 Art. No.: —		
以上为客户信息 (Above-mentioned information by Customer-supplied)		
送样方式 The sent way of sample	快递	样品数量 Sample quantity
接收日期 Receiving Date of Sample	2020-09-20	检测类别 Test Category
判定依据 Interpretation	GB/T 32610-2016	
检测结论/Test Summary:	检测合格 检测日期: 2020-09-20	
备注 Remarks	1. 样品按照标准防护等级判定, 按最低标准要求 D 型判定。 2. 样品非缺陷性。 3. 生产日期: 2020-08-16。	

国纺委字第 Y1202004378 号 第 2 页 共 3 页

**检验报告**

序号	检测项目	检测方法	单位	标准要求 (D型)	实测值	单项评价	结果备注
1	过滤效率 (盐性介质)	GB/T 32610-2016 附录 A	%	≥90	96.7	符合	—
2	防护效果	GB/T 32610-2016 附录 B	%	≥65	66.8	符合	—
3	呼吸阻力	GB/T 32610-2016	吸气阻力	Pa	≤175	54	符合
	呼气阻力		Pa	≤140	82		